

**Тендер тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттама**  
**№4 медициналық бұйым/**  
**Протокол №4 об итогах закупок способом тендера**  
**медицинского изделия**

қ/г.Алматы  
 Бекхожина 5

06 мамыр/мая 2024ж./г.

1. Тендерді ұйымдастыру, өткізу және қорытындылау кезіндегі тендерлік комиссия Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығы. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы (бұдан әрі -Қағидалар) – және медициналық бұйымды аты палу жөніндегі тендерлік құжаттамамен қамтамасыз етіледі./

Тендерная комиссия при организации, проведении и подведении итогов открытого тендера руководствовалась Приком Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

**Медициналық бұйымдардың атауы және қысқаша сипаттамасы, сатып алудың бөлінген сомасы:/**  
**Наименование и краткое описание медицинских изделий, выделенная сумма закупки:**

№ лота	Сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы / Наименование закупаемых медицинских изделий	Бірлік Ед.изм	Саны, көлемі Кол-во, объем	лот бойынша Бірлік бағасы (теңгемен)/ цена за единицу по лотам (в тенге)	Сатып алу үшін бөлінген сома (теңгемен) Сумма, выделенная для закупки (в тенге)
1	Медициналық респираторлар, клапаны бар FFP2 қорғаныс класы / Медицинские респираторы, класс защиты с клапаном FFP2	дана/шт	14000	1 235	17 290 000,00
	<b>БАРЛЫҒЫ/ИТОГО</b>				17 290 000,00

2. Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің атаулары, орналасқан жері және біліктілік деректері;/

**Наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:**

1. ЖШС/ТОО «SIMAR MED», РК. қ/г. Астана, аудан/район Алматы, м-н Юго-Востока, көш/ул. Силеты 30 кенсе/офис 8,

Әлеуетті өнім берушінің біліктілік деректері: 1-бөлімнің 1-тарауының 9-тармағының 8-тармағына сәйкес келеді/ Квалификационные данные потенциального поставщика: соответствует п.8 п.9 главы 1 раздела 1.

2. ЖШС/ТОО «DARIS Group» РК., обл/Ақмолинская, аудан/район Шортандинская, ауыл/п.Шортанды, көш/ул. Пионерская ү/д.7

Әлеуетті өнім берушінің біліктілік деректері: 1-бөлімнің 1-тарауының 9-тармағының 8-тармағына сәйкес келеді/ Квалификационные данные потенциального поставщика: соответствует п.8 п.9 главы 1 раздела 1.

3. ЖШС/ТОО «Vlalex Kazakhstan» РК., г.Алматы, көш/ул. Ауэзова 1 А.

Әлеуетті өнім берушінің біліктілік деректері: 1-бөлімнің 1-тарауының 9-тармағының 8-тармағына сәйкес келеді/ Квалификационные данные потенциального поставщика: соответствует п.8 п.9 главы 1 раздела 1.

4. ЖШС/ТОО «DOLCE», РК., обл. Алматинская, а/р. Илийский, с. Ынтымак, Аль-Фараби, 1  
 Әлеуетті өнім берушінің біліктілік деректері: 1-бөлімнің 1-тарауының 9-тармағының 8-тармағына сәйкес келеді/ Квалификационные данные потенциального поставщика: соответствует п.8 п.9 главы 1 раздела 1.

3. **Тендерлік құжаттамаға сәйкес тендерлік өтінімнің бағасы және басқа шарттары:/  
 Цена и другие условия тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией:**

№ лота	Сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы / Наименование закупаемых медицинских изделий	ЖШС/ТОО «SIMAR MED»	ЖШС/ТОО «DARIS Group»	ЖШС/ТОО «Vlalex Kazakhstan»	ЖШС/ТОО «DOLCE»
		Баға/цена, тенге	Баға/цена, тенге	Баға/цена, тенге	Баға/цена, тенге
1	Медициналық респираторлар, клапаны бар FFP2 корғаныс класы / Медицинские респираторы, класс защиты с клапаном FFP2	1 210	1 200	1 115	300

**Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:/**

**Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок РЕШИЛА:**

4. 1. Тендер комиссиясы "SIMAR MED" ЖШС-ні сәйкес келмеуіне байланысты №1 лот бойынша қабылдамайды. Қағидалардың 2-тарауының 4-параграфының 62-тармағы 6 тармақшасына Қағидаларда көзделген шарттарға сәйкес техникалық ерекшелікті ұсынбау, атап айтқанда ұсынылған Техникалық сипаттама бойынша тендерлік құжаттамаға сәйкес келмесе, стандарт бойынша талап етілетіндей медициналық респираторлардың орнына маскалар ұсынылса. Сонымен қатар, резеңке таспаның мөлшерінде сәйкессіздіктер бар 5\*0,5\*90 мм, сондай-ақ металл (алюминий) қысқыштың өлшемі жоқ.

2-тараудың 2-параграфының 49-тармағына сәйкес тендерлік өтінім негізгі бөлімнен, техникалық бөлімнен тұрады. 2-тараудың 2-параграфының 51-тармағының 2-тармағына сәйкес дәрілік затты және (немесе) медициналық бұйымды мемлекеттік тіркеу туралы құжаттың көшірмесі техникалық бөлікте тігіліп, нөмірленуі тиіс, әлеуетті өнім берушіде осы құжат негізгі бөліктің тендерлік өтінімінде тігіліп, нөмірленуі тиіс, бұл осы Қағидалардың 2-тарауының 2-параграфының 49,50, 51-тармақтарына сәйкес келмейді.

Тендерная комиссия отклоняет ТОО «SIMAR MED» по лоту №1 в связи с несоответствиями с пп.6 п.62 параграфа 4 главы 2 настоящих правил непредставления технической спецификации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами, а именно не соответствует по представленной технической характеристике к тендерной документации, вместо медицинских респираторов, как требуется по стандарту, представлены маски. Кроме того, имеются несоответствия в размере резинки 5\*0,5\*90мм, а также отсутствует размер металлического (алюминиевого) зажима.

В соответствии с п.49 параграфа 2 главы 2 тендерная заявка состоит из основной части, технической части. В соответствии с пп.2 п.51 параграфа 2 главы 2 копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия должна быть прошита и пронумерована в технической части, у потенциального поставщика данный документ прошит и пронумерован в тендерной заявке основной части, что не соответствует п.49,50,51 параграфа 2 главы 2 настоящих правил.

2. Тендерлік комиссия Қағидалардың 2-тарауы 4-параграфының 62-тармағының 6-тармақшасына сәйкес «Vlalex Kazakhstan» ЖШС Қағидаларда көзделген шарттарға сәйкес техникалық ерекшелікті ұсынбау, атап айтқанда, тендерлік құжаттамада көрсетілген техникалық параметрлер бойынша ҚР 3963-2023 "FFP2 және FFP3 медициналық қорғау класының Респираторлары" ұлттық стандартының талаптарына сәйкессіздіктер бар. Техникалық талаптар". Стандартқа сәйкес, респираторлар бір реттік пайдалануға арналған және бір жұмыс ауысымында

*(Handwritten signatures and initials)*

пайдаланылуы мүмкін, бірақ қайта пайдалануға арналмаған, бұл жеткізушінің техникалық сипаттамасындағы талаптардан өзгеше. Сондай-ақ, стандарттар жартылай Маска түріндегі пішінге сәйкес келмейді, диаметрі 200 мм. Резеңке таспалардың, қысқыштардың және губка кірістірулерінің өлшемдері көрсетілмеген./

Тендерная комиссия отклоняет ТОО «Vlalex Kazakhstan» по лоту №1 в связи с несоответствиями с пп.6 п.62 параграфа 4 главы 2 настоящих правил, непредставления технической спецификации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами, а именно по техническим параметрам, указанным в тендерной документации, имеются несоответствия с требованиями Национального стандарта РК 3963-2023 "Респираторы медицинские класса защиты FFP2 и FFP3. Технические требования". Согласно стандарту, респираторы предназначены для однократного использования и могут использоваться в течение одной рабочей смены, но не предназначены для повторного использования, что отличается от утверждений в технической характеристике поставщика. Также стандартам не соответствует форма в виде полумаски, диаметр 200мм. Не указаны размеры резинок, зажима и губчатой вставки.

3. Тендерлік комиссия Қағидалардың 2-тарауы 4-параграфының 62-тармағының 6-тармақшасына сәйкес «Dolce» ЖШС Қағидаларда көзделген шарттарға сәйкес техникалық ерекшелікті ұсынбау, атап айтқанда, атап айтқанда, ұсынылған техникалық құжаттама бойынша ҚР Ұлттық стандартының 3963-2023 респираторлар FFP2 және FFP3 медициналық қорғау кластарының талаптарын қанағаттандырмайды. Техникалық талаптар". Медициналық респираторлардың орнына стандартқа сәйкес хирургиялық маскалар ұсынылады. Сонымен қатар, өлшемде сәйкессіздіктер бар және параметрлердің нақты атаулары көрсетілмеген және өнім түрінде (дәстүрлі), бұл ұсынылған материалдардың қолайсыздығының қосымша факторы болып табылады. Маскалардың шеттері оралған және желімделген, масканың жоғарғы бөлігінде 6 мм қашықтықта материалға ұзындығы 11,5 см сым салынған, ортасында ұзындығы 21,5 см жабық резеңке таспалар дәнекерленген, маска тығыздығы 25г/м2 тоқыма емес матаның жоғарғы қабатынан, полипропиленнен 92 пайыз қорғаныс дәрежесі бар сүзгіден, лонцет пленкасынан және тоқыма емес матаның төменгі қабатынан тұрады материал 35г/м2, бұл да техникалық талаптарға сәйкес келмейді.

Тендерная комиссия отклоняет ТОО «Dolce» по лоту №1 в связи с несоответствиями с пп.6 п.62 параграфа 4 главы 2 настоящих правил непредставления технической спецификации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами, а именно по представленной технической документации не удовлетворяют требованиям Национального стандарта РК 3963-2023 "Респираторы медицинские класса защиты FFP2 и FFP3. Технические требования". Вместо медицинских респираторов, как требуется по стандарту, представлены хирургические маски. Кроме того, имеются несоответствия в размере и не указаны точные названия параметров и в форме изделия (трапециевая), что является дополнительным фактором неприемлемости предложенных материалов. Края масок завернуты и склеены, в верхней части маски на расстоянии 6 мм вставлена в материал проволока длиной 11,5 см, посередине припаяны замкнутые резинки длиной 21,5 см, маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25г/м2, фильтра со степенью защитой на 92 процента из полипропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35г/м2, что тоже не соответствует техническим требованиям.

ЖШС/ТОО «DARIS Group» РК., обл/Ақмолинская, аудан/район Шортандинская, ауыл/п.Шортанды, көш/ул. Пионерская ү/д.7 по лоту №1 Медициналық респираторлар, клапаны бар FFP2 қорғаныс класы жеңімпаз деп анықталды «DARIS Group» ЖШС./Медицинские респираторы класс защиты с клапаном FFP2 определен победителем ТОО «DARIS Group».

2-тараудың 4-параграфының 66-тармағына сәйкес "лот бойынша бәсекелестік болмаған кезде немесе лот бойынша бәсекелестердің тендерлік өтінімдері қабылданбаған кезде тендерлік өтінімді тендерлік комиссия хабарландыру шарттары мен осы Қағидалардың шарттарына сәйкес келетін жалғыз деп таныған әлеуетті өнім беруші тендердің жеңімпазы болып танылады" №1 лот бойынша "DARIS Group" ЖШС әлеуетті өнім берушісі тендердің жеңімпазы болып танылады сомасы 16 800 000 теңге (он алты миллион сегіз жүз мың) теңге 00 тиын. Қағидалардың 5-параграфының 67-тармағының 10-тармағы 5 күнтізбелік күн ішінде "DARIS Group" ЖШС-мен сатып алу шартын жасасуға тиіс./

В соответствии с п.66 параграфа 4 главы 2 «в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный



поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил» по лоту №1 победителем тендера признать потенциального поставщика ТОО «DARIS Group» на сумму 16 800 000 тг (шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын.

В соответствии с пп.10 п.67 параграфа 5 настоящих правил в течение 5 календарных дней надлежит заключить договор закупа с ТОО «DARIS Group».

**Сарапшыны тарту туралы ақпарат:/**

**Информация о привлечении эксперта:**

ҚР ДСМ "ҚР Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" ШЖҚ РМК 08.04.2024ж. №101-Ө және комиссия төрағасына өзгеріс енгізу туралы 26.04.2024 ж. №113-Ө бұйрығына сарапшылары ретінде:

ГЭ және ИБ бөлімінің басшысының Н. Аманжолованың және дәрігер эпидемиолог А.Аханның тендерге ұсынылған медициналық бұйымдардың өтінімдердің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі(сәйкессіздігі) бойынша сараптамалық қорытынды ұсынды (1-қосымша) (қоса беріледі).

В соответствии с приказом РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК» МЗ РК от 08.04.2024г. №101-Ө/ и о внесении изменения в приказ председателя комиссии от 26.04.2024г. №113-Ө в качестве эксперта привлеченные:

Руководитель отдела ГЭ и ИБ Н.Аманжолова и врач эпидемиолог А.Ахан, представили экспертное заключение (прилагается) по соответствию (несоответствию) технической спецификации (приложение 1) заявок, представленных на тендер по закупу медицинских изделий.

Бұл шешімге дауыс берілді:/За данное решение проголосовали:

«Үшін» - бірауыздан; /«ЗА» – единогласно;

«ҚАРСЫ» - жоқ. «ПРОТИВ» – нет.

Комиссия төрағасы /председатель комиссии

Комиссия төрағасының орынбасары/

заместитель председателя комиссии

Комиссия мүшелері/члены комиссии

Г. Рыскулов

К. Жантохова

А. Жанибеков

А. Ахметов

Г. Абилдаева

Н. Аманжолова

Комиссия сарапшысы/

эксперт комиссии:

А. Ахан

Комиссия сарапшысы/

эксперт комиссии:

Н. Бекбергенова

Комиссия хатшысы/

секретарь комиссии

**Экспертное заключение по запуску изделий медицинского назначения**

№	Наименование	Изделия медицинского назначения	Причина соответствия/несоответствия
1	ТОО «Dolce»	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP2(с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25.	По представленной технической документации не удовлетворяют требованиям Национального стандарта РК 3963-2023 "Респираторы медицинские класса защиты FFP2 и FFP3. Технические требования". Вместо медицинских респираторов, как требуется по стандарту, представлены хирургические маски. Кроме того, имеются несоответствия в размере и не указаны точные названия параметров и в форме изделия (трапеционная), что является дополнительным фактором неприемлемости предложенных материалов. Края масок завернуты и склеены, в верхней части маски на расстоянии 6 мм вставлена в материал проволока длиной 11,5 см, посередине припаяны замкнутые резинки длиной 21,5 см, маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25г/м2, фильтра со степенью защитой на 92 процента из полипропилена, пленки Лонсет и нижнего слоя из нетканого материала 35г/м2, что тоже не соответствует техническим требованиям.
2	ТОО «Vlalex Kazakhstan»	Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха Респираторы Алина -216 FFP2 RD	По техническим параметрам, указанным в тендерной документации, имеются несоответствия с требованиями Национального стандарта РК 3963-2023 "Респираторы медицинские класса защиты FFP2 и FFP3. Технические требования". Согласно стандарту, респираторы предназначены для однократного использования и могут использоваться в течение одной рабочей смены, но не предназначены для повторного использования, что отличается от утверждений в технической характеристике поставщика. Также стандартам не соответствует форма в виде полумаски, диаметр 200мм. Не указаны размеры резинок, зажима и губчатой вставки.

3	TOO MED»	«SIMAR	Маски CARESTONE респираторной защиты FFP2	Не соответствует по представленной технической характеристике к тендерной документации, а именно вместо медицинских респираторов, как требуется по стандарту, представлены маски. Кроме того, имеются несоответствия в размере резинки 5*0,5*90мм, а также отсутствует размер металлического( алюминиевого) зажима.
4	TOO Group »	«DARIS	Медицинский респиратор «DARIS», класс защиты с клапаном FFP2	Соответствует по представленной технической характеристике к тендерной документации.

Руководитель ОГЭиИК

Врач-эпидемиолог




Аманжолова Н.Б.

Ахан А.А.