

ПРОТОКОЛ № 85
**допуска и итогов по конкурсу на закуп медицинской техники (система
рентгенографическая и флюорографическая диагностическая (стационарная))**

г. Алматы

«12» октября 2023 г.

Председатель комиссии:

Жанибеков А.Б. – заместитель директора ННЦФ РК;

Члены комиссии:

Жантохова К.К. - руководитель отдела гос. закупок ННЦФ РК;

Ахметов А.М. - старший экономист ННЦФ РК;

Аманжолова Н.Б. - врач эпидемиолог ННЦФ РК;

Караев О.С. - руководитель отделения лучевой, инструментальной,
функциональной диагностики.

Секретарь: Бейкенова А.М. – специалист по закупкам ГРП ГФ.

Наблюдатель: Доссанова Г. - представитель МАФ.

1) Перечень закупаемых товаров:

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Количество, объем	Срок поставки
1	2	3	4	5
1	Система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая (стационарная)	комплект	2	В течение 80 (восемидесяти) календарных дней с момента заключения договора

2) Следующие конкурсные заявки отклонены как несоответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации:

ТОО «МедМаркет-Эксперт»:

- предоставленные цены потенциального поставщика, превышают выделенный бюджет;

ТОО «MG Kazakhstan»:

- техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации (согласно заключения):
 1. В заявленной ТС Заказчика - нагрузка столешницы должна быть не менее 210 кг. Нагрузка на столешницу по данным ТС поставщика максимальная 200 кг.
 2. В заявленной ТС Заказчика размер стола 210 на 80 см. В ТС поставщика размеры стола 200 на 73 см. Имеет место расхождение по техническим характеристикам стола.
 3. Согласно заявленной в ТС Заказчика системы рентгенографической и флюорографической диагностической ECORAY модели HF 525 Plus – металлическая колонна на рельсе имеет следующие технические характеристики: продольное перемещение 2000 мм., вертикальное перемещение 1300 мм., минимальное расстояние от трубки до пола 350 мм. В ТС поставщика характеристики значительно отличаются от заявленных и составляет: продольное перемещение 175 см., вертикальное перемещение 124 см., минимальное расстояние от трубки до пола 63 см.
 4. Согласно заявленным в ТС Заказчика, генератор имеет следующие технические характеристики: диапазон мАс в пределах от 0,1 до 800 мАс. В ТС поставщика технические характеристики значительно отличаются от заявленных и составляет: диапазон мАс в пределах от 0,1 до 600 мАс.

Бей
Жантохова
Жанибеков
Ахметов
Аманжолова
Караев

5. Согласно заявленным в ТС Заказчика, рентгеновская трубка имеет следующие технические характеристики: имеет 10,4 дюймовый сенсорный экран, который позволяет устанавливать тип пациента. В ТС поставщика при этом технические характеристики 10,4 дюймовый сенсорный экран, который позволяет устанавливать тип пациента отсутствует! В ТС прописана трубка этого производителя модели E7252X, однако она не имеет сенсорного экрана.

3) Потенциальные Поставщики соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, допущенные к конкурсу по следующим лотам:

- **ТОО «QUORU»;**

4) Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок **РЕШИЛА:**

1. Признать конкурс на закуп медицинской техники (система рентгенографическая и флюорографическая диагностическая (стационарная) в количестве 2 шт несостоявшимся в соответствии пп.4 п.2 ст.13 Руководства «О закупках в рамках реализации грантов ГФ для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в РК» по компоненту «туберкулез» (к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик);
2. Разместить протокол об итогах на сайте ННЦФ.

Председатель комиссии:

Жанибеков А.Б.

Члены комиссии:

Жантохова К.К.

Ахметов А.М.

Аманжолова Н.Б.

Караев О.С.

Секретарь конкурсной комиссии:

Бейкенова А.М.

Handwritten signatures of the commission members and secretary, each on a horizontal line. The signatures are: Жанибеков А.Б., Жантохова К.К., Ахметов А.М., Аманжолова Н.Б., Караев О.С., and Бейкенова А.М.